

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**  
**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я**  
**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**  
**ЄДРПОУ 40524109**  
**04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41**

**ОБГРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**ДК 021:2015: 50420000-5: Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з технічного обслуговування аналізатора VITEK 2 Compact).** *(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Державна установа: «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України»,  
Місцезнаходження: 04071, Київська обл., м. Київ, вул. Ярославська, 41,  
ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015: 50420000-5: Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з технічного обслуговування аналізатора VITEK 2 Compact).

**Вид процедури закупівлі:** Запит цінових пропозицій згідно Внутрішніх процедур закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією.

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 33 030,00 грн без ПДВ. Очікувана вартість сформована згідно з розрахунками до бюджету проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення в Україні», згідно з Угодою про надання гранту між Замовником та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року, який реалізується за кошти Глобального фонду. Очікувана вартість затверджена річним планом закупівель та передбачена замовленням на закупівлю.

**Розмір бюджетного призначення:** 33 030,00 грн без ПДВ.

Джерело фінансування – за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України», згідно з Угодою про надання гранту між Державною установою «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Строк надання послуг — до «31» травня 2026 року.

Якісні та технічні характеристики заявленої послуги визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**  
**(ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ)**

<b>Назва послуги</b>		ДК 021:2015:50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з технічного обслуговування аналізатора VITEK 2 Compact)	
<b>Строк надання послуги</b>		до 31 травня 2026 року.	
<b>Місце надання послуги</b>		м. Київ, вул. Ярославська, 41.	
<b>Гарантійний термін (строк)</b>		не менше 6 місяців з дати прийняття наданих Послуг	
<b>№ з/п</b>	<b>Найменування обладнання</b>	<b>Кількість обладнання</b>	<b>Перелік послуг з технічного обслуговування</b>
1	Аналізатор VITEK 2 Compact	1	Загальна діагностика та аналіз можливих збоїв.
			Перевірка версії програмного забезпечення застосунку, firmware VCB, SPN
			Перевірка, обслуговування інкубатора, контроль роботи вентиляторів системи нагріву, блоку живлення.
			Інспекція, обслуговування системи запаювання карток
			Інспекція, чищення комп'ютера та периферійних пристроїв
			Контроль та обслуговування денситометра.
			Чищення, деконтамінація приладу
			Інспекція трубок, ущільнювачів вакуумної станції, кришки інкубатора
			Інспекція шківів та шестерень
			Перевірка та обслуговування головки зчитувача, інспекція приводного ременя, привідних роликів.
			Інспекція антистатичної вигружаючої щітки. Регулювання позиціонування.
Інспекція направляючої планки зчитувача фотометра			

			Перевірка стану мікросхем енергозалежної пам'яті
			Інспекція, чистка, юстування сенсорів позиціювання механізмів каруселі, завантажувача, датчиків дверей, контейнера відходів, датчика наявності касети.
			Перевірка функціонування ДБЖ.
			Чистка, юстування оптичного блоку, калібрування оптичної системи
			Проведення тесту мінімального граничного пропускання блоків ТХ1, ТХ3
			Проведення тесту НСВ (Head controller board)
			Проведення калібрування вакууму станції заповнення карток
			Проведення калібрування струму нагріву блоку запаювання карток
			Тестування, калібрування температури блоку інкубатора
			Тестування системи повідомлень про помилки
			Запис повного образу системи
			Комплексна перевірка функціонування механізмів з використання технічних карток, фінальне регулювання та юстування системи