

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ЄДРПОУ 40524109
04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015:50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з технічного обслуговування комп'ютерного томографа Incisive CT). *(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).*

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа: «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України», Місцезнаходження: 04071, Київська обл., м. Київ, вул. Ярославська, 41, ЄДРПОУ 40524109, категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015:50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з технічного обслуговування комп'ютерного томографа Incisive CT).

Вид процедури закупівлі: **Відкриті торги** згідно Внутрішніх процедур закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 200 000,00 грн без ПДВ. Очікувана вартість сформована згідно з розрахунками до бюджету проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення в Україні», згідно з Угодою про надання гранту між Замовником та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року, який реалізується за кошти Глобального фонду. Очікувана вартість затверджена річним планом закупівель та передбачена замовленням на закупівлю.

Розмір бюджетного призначення: 1 200 000,00 грн без ПДВ.

Джерело фінансування – за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України», згідно з Угодою про надання гранту між Державною установою «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість – згідно з Додатком 2 до тендерної документації.

Строк надання послуг — послуги надаються у строки визначені заявкою Замовника на надання Послуг, але не пізніше 15 грудня 2026 року.

Якісні та технічні характеристики заявленої послуги визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правових актів, яким повинен відповідати відповідний вид послуги.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
(ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ)**

Назва предмету закупівлі	ДК 021:2015:50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з технічного обслуговування комп'ютерного томографа Incisive CT)
Обсяг Послуг	4 (чотири) послуги
Строк надання Послуг	Послуги надаються у строки визначені заявкою Замовника на надання Послуг, але не пізніше 15 грудня 2026 року
Гарантійний термін (строк) Послуг	Не менше 6 місяців з дати прийняття наданих Послуг
Назва та кількість медичного обладнання	Комп'ютерний томограф Incisive CT у кількості 4 (чотири) одиниці
Технічні вимоги до Послуг	
Послуги з технічного обслуговування комп'ютерного томографа Incisive CT передбачає виконання наступних робіт	- перевірка безпеки гентрі; - внутрішня перевірка гентрі; - перевірка крутного моменту на гентрі; - очищення бокового пилового фільтра гентрі; - очищення нижнього пилового фільтра гентрі; - очищення вентиляторів гентрі; - очищення трубчастого теплообмінника; - очищення вентиляторів блоку детекторів (DMS); - перевірка ременя нахилу; - перевірка ременя головного обертального руху гентрі; - змащування кулькоподібних гвинтів площинного коліматора А; - змащування лінійної прямої площинного коліматора А; - технічне обслуговування контактної кільця; - огляд стола пацієнта; - перевірка ременя вертикального енкадера стола; - перевірка горизонтального приводного ременя; - перевірка моменту затягування кріплень стола пацієнта; - змащування ковзаючих блоків стола пацієнта; - змащування гвинта механізму вертикального руху деки стола пацієнта; - очищення пульта оператора; - прибирання інтер'єру хоста та карт; - чищення оптичного приводу для запису/читання оптичних дисків; - очищення столу; - регулювання гальмівного зазору; - перевірка бавовняного звукоізоляційного шару; - змащування лінійного підшипника основи деки стола пацієнта; - змащування підшипників гвинтового механізму опори деки; - змащування лінійного підшипника додаткової (висувної) деки стола пацієнта; - змащування підшипника гвинтового механізму горизонтального руху деки;

	- змащування підшипника гвинтового механізму вертикального руху деки; - змащування підшипників роликового механізму вертикального руху деки; - змащування гвинта роликового механізму вертикального руху деки; - перевірка “Х”-механізму вертикального руху (“ножиць”); - перевірка додаткової накладної деки стола пацієнта (планувальна дека); - інспекція підключень та перевірка функціонування; - перевірка оновлень ПЗ і їх встановлення (за наявності); - проведення процедур калібрування; - тестування неоднорідності; - чищення клавіатури, мишки, дисплею; - чищення системного блоку (зсередини); - у разі визначення обладнання таким, що не підлягає ремонту, надати відповідний експертний висновок; - у разі визначення обладнання таким, що потребує ремонту, надати дефектний акт та калькуляцію на ремонтні роботи; - послуги повинні надаватися кваліфікованими сервісними інженерами, які мають відповідну професійну підготовку, знання та практичний досвід виконання робіт з технічного обслуговування комп’ютерного томографа або іншого медичного обладнання аналогічної складності; - до вартості Послуг повинні бути включені усі необхідні матеріали та запасні частини, необхідні для надання Послуг.	
Нормативні вимоги до надання Послуги	На момент надання Послуги, Виконавець повинен мати всі необхідні ліцензії, дозволи, свідоцтва, страхові поліси та інші документи, наявність яких є обов’язковим згідно законодавства України.	
Місце надання Послуги	Найменування закладу, код за ЄДРПОУ	Кількість обладнання (од.)
Вінницька область, Вінницький район, с. Бохоники, Комплекс будівель та споруд, б/н	Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр» Вінницької обласної Ради», ЄДРПОУ 05484008	1
м. Кропивницький, вул. Габдрахманова, буд. 18/29	Комунальне некомерційне підприємство «Кіровоградський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр Кіровоградської обласної ради», ЄДРПОУ 01994936	1
Тернопільська область, Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Підлісна, 26-А	Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр Тернопільської обласної ради», ЄДРПОУ 02001328	1
Черкаська область, Черкаський район, с. Геронимівка, вул. Диспансерна 1	Комунальне некомерційне підприємство «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер Черкаської обласної ради», ЄДРПОУ 02005603	1