

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ЄДРПОУ 40524109
04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з сертифікації шаф біологічної безпеки).
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа: «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України»,
Місцезнаходження: 04071, Київська обл., м. Київ, вул. Ярославська, 41, ЄДРПОУ 40524109,
категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з сертифікації шаф біологічної безпеки).

Вид процедури закупівлі: Запит цінкових пропозицій згідно Внутрішніх процедур закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
77 400,00 грн без ПДВ. Очікувана вартість сформована згідно з розрахунками до бюджету проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення в Україні», згідно з Угодою про надання гранту між Замовником та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року, який реалізується за кошти Глобального фонду. Очікувана вартість затверджена річним планом закупівель та передбачена замовленням на закупівлю.

Розмір бюджетного призначення: 77 400,00 грн без ПДВ.

Джерело фінансування – за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України», згідно з Угодою про надання гранту між Державною установою «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість – згідно з Додатком 1 до оголошення про закупівлю.

Строк надання послуг — послуги надаються у строки визначені заявкою Замовника на надання Послуг, але не пізніше 02 листопада 2026 року.

Якісні та технічні характеристики заявленої послуги визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правових актів, яким повинен відповідати відповідний вид послуги.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
(ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ)**

Назва предмету закупівлі	ДК 021:2015: 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з сертифікації шаф біологічної безпеки)	
Строк надання Послуг	Послуги надаються у строки визначені заявкою Замовника на надання Послуг, але не пізніше 02 листопада 2026 року	
Місце надання Послуг	м. Київ, вул. Ярославська, 41	
Гарантійний термін (строк) Послуг	Не менше 6 місяців з дати прийняття наданих Послуг	
Обсяг Послуг	5 (п'ять) Послуг	
Послуги з сертифікації шаф біологічної безпеки	Перелік обладнання, яке підлягає сертифікації:	Кількість, шт.
	Шафа біологічної безпеки Haier Medical&Laboratory Product Co, модель: HR1200-IIA2-S, зав. № BE0GG4EB200QHRAU0002	1
	Шафа біологічної безпеки Haier Medical&Laboratory Product Co, модель: HR1200-IIA2-S, зав. № BE0GG4EB200QHRAU0012	1
	Шафа біологічної безпеки Labconco Corporation модель: Purifier Biosafety Cabinet, зав. № 220735092 A	1
	Шафа біологічної безпеки Thermo Electron Industries SAS модель: MSC-0 9 STD 1E C, зав. № 30311392	1
	Шафа біологічної безпеки BioAir модель: Safemate Prime 1.2, зав. № X0020	1
	Всього:	5
Послуги з сертифікації шаф біологічної безпеки включає в себе: - візуальне обстеження шаф біологічної безпеки (далі – ШББ) на наявність механічних пошкоджень, дефектів корпусу, робочої камери, захисного екрану та інших конструктивних елементів; - перевірку працездатності захисного екрану ШББ, механізму його переміщення та фіксації; - перевірку працездатності системи освітлення робочої зони, в тому числі лампи денного світла та УФ-лампи (за наявності); - перевірку працездатності індикаторів та звукових сигналів системи аварійної сигналізації; - перевірку електричних з'єднань, розеток та кабелю живлення ШББ на наявність механічних пошкоджень, порушень цільності ізоляції, ослаблення контактів та інших дефектів; - перевірку опору ізоляції та захисного заземлення ШББ; - перевірка працездатності клапана, що запобігає зворотному потоку повітря (за наявності); - визначення об'ємної швидкості потоку повітря; - виконання необхідного регулювання повітряних потоків та/або налаштування системи керування ШББ з подальшою повторною перевіркою параметрів у разі виявлення невідповідності параметрів повітряних потоків встановленим критеріям;		

- перевірку та, у разі потреби, налаштування порогів спрацювання системи сигналізації, пов'язаної з параметрами повітряного потоку;
- проведення випробування HEPA-фільтрів на герметичність та відсутність протікань із застосуванням аерозольного методу;
- проведення перевірки напрямку та характеру потоків повітря по всій площині переднього отвору ШББ та на робочій поверхні із застосуванням димової візуалізації або іншого методу візуалізації повітряних потоків;
- перевірку рівня освітленості робочої зони;
- вимірювання рівня шуму;
- вимірювання рівня вібрації;
- виконання регулювальних та/або ремонтних робіт, спрямованих на усунення виявлених під час сертифікації невідповідностей (за погодженням із Замовником);
- проведення повторних вимірювань параметрів, щодо яких були виявлені невідповідності, після виконання регулювальних робіт (за необхідності).

Інші вимоги до надання Послуги:

На момент надання Послуги, Виконавець повинен мати всі необхідні ліцензії, дозволи, свідоцтва, страхові поліси та інші документи, наявність яких є обов'язковою відповідно до законодавства України.

Сертифікація ШББ проводиться відповідно до вимог ДСТУ EN 12469 або NSF/ANSI 49.

За результатами проведеної сертифікації Виконавець надає звітну документацію, яка має містити:

- результати всіх вимірювань та випробувань, проведених під час сертифікації ШББ, із зазначенням фактичних значень вимірюваних параметрів та оцінюванням їх відповідності встановленим критеріям відповідного нормативного документа;
- оригінали і скановані копії роздруківок (протоколів) результатів випробувань HEPA-фільтрів, отриманих під час застосування лічильника дискретних часток з системою детектування проникності 0,01% чи менше часток розміром $> 0,3$ мкм, або фотометра аерозолів з верхнім порогом вимірювання 10 - 100 мкг/л та діапазоном вимірювань не менше ніж 5 log;
- копії чинних на момент проведення сертифікації ШББ свідоцтв про повірку або сертифікатів калібрування на всі засоби вимірювальної техніки та допоміжне обладнання, використане Виконавцем під час вимірювань;
- за результатами сертифікації Виконавець надає висновок щодо відповідності ШББ вимогам застосованого нормативного документа із зазначенням усіх параметрів за якими проводилися вимірювання та випробування;
- до вартості послуг повинні бути включені усі необхідні матеріали та запасні частини, необхідні для надання Послуг.