

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ЄДРПОУ 40524109
04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015:38430000-8 -Детектори та аналізатори (Гематологічний аналізатор). (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа: «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України», Місцезнаходження: 04071, Київська обл., м. Київ, вул. Ярославська, 41, ЄДРПОУ 40524109, категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015:38430000-8 -Детектори та аналізатори (Гематологічний аналізатор).

Вид процедури закупівлі: Відкриті торги з попередньою кваліфікацією згідно Внутрішніх процедур закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 2 854 958,40 грн без ПДВ. Очікувана вартість сформована згідно з розрахунками до бюджету проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення в Україні», згідно з Угодою про надання гранту між Замовником та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року, який реалізується за кошти Глобального фонду. Очікувана вартість затверджена річним планом закупівель та передбачена замовленням на закупівлю.

Розмір бюджетного призначення: 2 854 958,40 грн без ПДВ.

Джерело фінансування – за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України», згідно з Угодою про надання гранту між Державною установою «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість - 6 штук, згідно медико-технічних вимог.

Строк поставки товару - протягом 60 календарних днів з дати укладання Договору з урахуванням інсталяції, налаштування та навчання персоналу по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

Якісні та технічні характеристики заявленої послуги визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики

предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правових актів, яким повинен відповідати відповідний вид товару.
Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

(ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ)

Назва предмету закупівлі:	ДК 021:2015:38430000-8 -Детектори та аналізатори (Гематологічний аналізатор)	
Кількість:	6 штук	
Строк поставки:	протягом 60 календарних днів з дати укладання Договору з урахуванням інсталяції, налаштування та навчання персоналу по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації	
Гарантійний термін	12 місяців з дати введення в експлуатацію	
Рік виробництва	не раніше 2024 року	
Технічні характеристики	Значення	Відповідність (вказати так/ні)
Принцип вимірювання:	«Метод проточної цитометрії та/або метод електронного імпедансу, або комбінація методів імпедансу та проточної цитометрії»	
Продуктивність:	Не менше 35 тестів/год	
Призначений для роботи з відкритими пробірками	Наявність	
Параметри, що визначаються:	WBC: Lym%, Lym#, Mon%, Mon#, Neu%, Neu#, Bas%, Bas#, Eos%, Eos# RBC: MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD HGB, HCT, PLT: MPV, PDW, PCT	
Досліджуваний матеріал	Цілісна кров (венозна та/або капілярна)	
Об’єм зразку	Цілісна кров (венозна та/або капілярна) -не більше 25 мкл	
Диференціація лейкоцитів крові	5 субпопуляцій	

Калібрування	Автоматичне	
Вбудована програма контролю якості досліджень графічне відображення контролю якості за Леві-Дженінгсом або еквівалент	Наявність	
Пам'ять	Не менше 10 000 результатів	
Дисплей:	Сенсорний, не менше 7 дюймів	
Принтер:	Наявність	
Інтерфейси:	Стандартний інтерфейс RS232 , USB або еквівалент та порт локальної мережі	
Обмін даними	LAN-порт - аналізатор підтримує можливість підключення до лабораторної комп'ютерної мережі	
Стартовий пакет реагентів	Наявність	